

**CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES
RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N° 24/2022**

**OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLLUTION «CEREP»**

- LOT N°1 : FOURNITURE DE STATION METEOROLOGIQUE**
- LOT N°2 : FOURNITURE DE KIT DE MAINTENANCE DES ANALYSEURS DE L'AIR AMBIANT**
- LOT N°3 : FOURNITURE DE SPECTROPHOTOMETRE DE PAILLASSE POUR ANALYSE DE L'EAU**
- LOT N°4 : FOURNITURE D'UN BROYEUR - TAMISEUR**
- LOT N°5 : FOURNITURE D'UNE BALANCE DE PRECISION**
- LOT N°6 : FOURNITURE DE THERMO-HYGROMETRE ET ENREGISTREUR DE PRECISION**
- LOT N°7 : FOURNITURE D'UN CALIBRATEUR ECHANTILLONNEURS D'AIR**
- LOT N°8 : FOURNITURE D'UNE SORBONNE DE LABORATOIRE SUR PAILLASSE**
- LOT N°9 : FOURNITURE D'UN SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU**
- LOT N°10 : FOURNITURE D'UNE ETUVE REFRIGEREE BACTERIOLOGIQUE 250L**
- LOT N°11 : FOURNITURE D'UNE RAMPE DE FILTRATION MEMBRANAIRE POUR MICROBIOLOGIE**

Etabli en application de l'alinéa I paragraphe I de l'article 16 du règlement des achats du LPEE RA/980/001 du 01 Novembre 2014 fixant les conditions et les formes dans les quelles sont passés les marchés pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Eudes ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle tel qu'il est publié sur le site www.lpee.ma.

Date limite de dépôt des plis : 28/09/2022 à 11.....H..00...



JK



Sommaire

Chapitre I : Cahier des clauses administratives et financières	7
Article 1: Objet du marché	7
Article 2: Présentation du maître d'ouvrage.....	7
Article 3: Consistance des fournitures	7
Article 4: Documents constitutifs du marché	7
Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché	8
Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché	8
Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché	8
Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur	8
Article 9: Election du domicile du fournisseur	9
Article 10: Nantissement.....	9
Article 11: Sous-traitance	9
Article 12: Durée du marché	9
Article 13: Délai de livraison.....	10
Article 14: Nature des prix	10
Article 15: Caractère des prix.....	10
Article 16: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif	11
Article 17: Retenue de garantie	11
Article 18: Assurances – Responsabilité.....	11
Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle	12
Article 20: Délai de garantie.....	12
Article 21: Modalités et conditions de livraison.....	12
Article 22: Modalités de règlement	15
Article 23: Retenue à la source	16
Article 24: Réceptions provisoire et définitive.....	16
Article 25: Pénalités pour retard.....	16

Article 26:	Droits de timbre et d'enregistrement	17
Article 27:	Lutte contre la fraude et la corruption	17
Article 28:	Cas de force majeure	17
Article 29:	Résiliation du marché	18
Article 30:	Règlement des différends et litiges	18
Chapitre II : Cahier des prescriptions techniques.....		19
Article 31:	Lot n°1 : Fourniture de station météorologique.....	19
Article 32:	Lot n°2 : Fourniture de kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant.....	21
Article 33:	Lot n°3 : Fourniture de spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau	21
Article 34:	Lot n°4 : Fourniture d'un broyeur - tamiseur	22
Article 35:	Lot n°5 : Fourniture d'une balance de précision	23
Article 36:	Lot n°6 : Fourniture de Thermo-hygromètre et Enregistreur de précision	24
Article 37:	Lot n°7 : Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air	27
Article 38:	Lot n°8 : Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse.....	27
Article 39:	Lot n°9 : Fourniture d'un système de purification d'eau.....	28
Article 40:	Lot n°10 : Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L	29
Article 41:	Lot n°11 : Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie	30
Article 42:	Définition des prix.....	31
Annexe 1 : Bordereau des prix- détail estimatif		35
DERNIERE PAGE		46



Handwritten signature

OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLLUTION «CEREP»

- LOT N°1 : FOURNITURE DE STATION METEOROLOGIQUE
- LOT N°2 : FOURNITURE DE KIT DE MAINTENANCE DES ANALYSEURS DE L'AIR AMBIANT
- LOT N°3 : FOURNITURE DE SPECTROPHOTOMETRE DE PAILLASSE POUR ANALYSE DE L'EAU
- LOT N°4: FOURNITURE D'UN BROYEUR - TAMISEUR
- LOT N°5 : FOURNITURE D'UNE BALANCE DE PRECISION
- LOT N°6 : FOURNITURE DE THERMO-HYGROMETRE ET ENREGISTREUR DE PRECISION
- LOT N°7 : FOURNITURE D'UN CALIBRATEUR ECHANTILLONNEURS D'AIR
- LOT N°8 : FOURNITURE D'UNE SORBONNE DE LABORATOIRE SUR PAILLASSE
- LOT N°9 : FOURNITURE D'UN SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU
- LOT N°10 : FOURNITURE D'UNE ETUVE REFRIGEREE BACTERIOLOGIQUE 250L
- LOT N°11 : FOURNITURE D'UNE RAMPE DE FILTRATION MEMBRANAIRE POUR MICROBIOLOGIE

ENTRE

Le **Laboratoire Public d'Essais et D'Etudes (L.P.E.E)**, société anonyme au capital de 247 702 400,00 Dhs (Deux Cent Quarante Sept Millions Sept Cent Deux Mille Quatre Cent Dirhams), inscrit au registre de commerce de Casablanca sous le N° 32131, affilié à la Caisse Nationale de sécurité sociale sous le n° 1066308, ICE N° 001527537000028, représenté par **Monsieur Mustapha Fares**, Directeur Général dudit laboratoire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, faisant élection de domicile à Casablanca, 25 Rue d'Azilal.

Désigné ci-après par le terme « **Maître d'ouvrage** » ou « **LPEE**»,

D'UNE PART

ET

Cas d'une personne physique

M.....qualité.....

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Au capital socialPatente n°

Registre de commerce deSous le n°

Affilié à la CNSS sous n°

N°ICE

Faisant élection de domicile au.....

Compte bancaire RIB (24 positions).....

Ouvert auprès de.....

IBAN :.....

BIC :.....

Désigné ci-après par le terme « **Fournisseur** » ou « **Titulaire** »,

D'AUTRE PART

Cas d'une personne morale

..... (Raison sociale et forme juridique),

Représenté par M.qualité.....en

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social Patente n°



Handwritten signature

Registre de commerce de Sous le n°
Affilié à la CNSS sous n°
N°ICE
Faisant élection de domicile au
.....
Compte bancaire RIB (24 positions).....
Ouvert auprès de.....
IBAN :.....
BIC :.....
Désigné ci-après par le terme « Fournisseur » ou « Titulaire »,

D'AUTRE PART

Cas d'un groupement

Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention(les références de la convention)..... :

Membre 1 :

..... (Raison sociale et forme juridique),
Représenté par M. qualité en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social Patente n°

Registre de commerce de Sous le n°

Affilié à la CNSS sous n°

N°ICE

Faisant élection de domicile au

.....

Compte bancaire RIB (24 positions)

Ouvert auprès de.....

IBAN :.....

BIC :.....

Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

.....

.....

Membre n :

(Servir les renseignements le concernant)

.....

.....

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M..... (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire
du groupement et coordonnateur de l'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous
n° (RIB sur 24 positions)

Ouvert auprès de

IBAN :.....

BIC :.....


Désigné ci-après par le terme « Fournisseur » ou « Titulaire »,



gtb

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUI



Article 1: Objet du marché

Le présent marché a pour objet la **fourniture de matériel d'essai pour le Centre d'Etude et de Recherche de l'Environnement et de la Pollution « CEREP»** pour le compte du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes (LPEE) en onze (11) lots séparés, dont les prescriptions techniques et les quantités sont spécifiées dans le cahier de prescriptions techniques et le bordereau des prix-détail estimatif.

Article 2: Présentation du maître d'ouvrage

Autorité compétente : Le Directeur Général du LPEE.

Maître d'ouvrage : Le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes représenté par son Directeur Général.

La Direction de la Logistique, des Achats, des Approvisionnements et de la gestion du Patrimoine du LPEE (DLAAP) est chargée, sur le plan administratif, du suivi de l'exécution du présent marché.

Le Centre d'Etude et de Recherche de l'Environnement et de la Pollution (CEREP) sur le plan technique, du suivi de l'exécution de ce marché.

Article 3: Consistance des fournitures


Les fournitures à livrer au titre du présent marché font l'objet de onze (11) lots séparés consistant en :

- LOT N°1 : FOURNITURE DE STATION METEOROLOGIQUE
- LOT N°2 : FOURNITURE DE KIT DE MAINTENANCE DES ANALYSEURS DE L'AIR AMBIANT
- LOT N°3 : FOURNITURE DE SPECTROPHOTOMETRE DE PAILLASSE POUR ANALYSE DE L'EAU
- LOT N°4: FOURNITURE D'UN BROEUR - TAMISEUR
- LOT N°5 : FOURNITURE D'UNE BALANCE DE PRECISION
- LOT N°6 : FOURNITURE DE THERMO-HYGROMETRE ET ENREGISTREUR DE PRECISION
- LOT N°7 : FOURNITURE D'UN CALIBRATEUR ECHANTILLONNEURS D'AIR
- LOT N°8 : FOURNITURE D'UNE SORBONNE DE LABORATOIRE SUR PAILLASSE
- LOT N°9 : FOURNITURE D'UN SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU
- LOT N°10 : FOURNITURE D'UNE ETUVE REFRIGEREE BACTERIOLOGIQUE 250L
- LOT N°11 : FOURNITURE D'UNE RAMPE DE FILTRATION MEMBRANAIRE POUR MICROBIOLOGIE

Article 4: Documents constitutifs du marché

Les documents constitutifs du présent marché sont ceux énumérés ci-après :

- a) Le bordereau des prix-détail estimatif ;
- b) L'acte d'engagement ;
- c) La documentation technique ;
- d) Le cahier des prescriptions spéciales ;
- e) La déclaration sur l'honneur ;
- f) Le cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures exécutées pour le compte du LPEE (CCGF).



JF

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

Article 5: Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;
- La décision prévue à l'article 72 du CCGF, relative à la résiliation du marché.

Les avenants et la décision susvisés sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Article 6: Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants :

- La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l'état sur les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;
- La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;
- Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la propriété intellectuelle ;
- Le Règlement des achats relatif aux conditions et formes de passation des marchés du LPEE (RA/980/01).
- Le Cahier des Clauses Générales applicables aux marchés de fournitures passés pour le compte du LPEE (CCG/980/01).
- Tous les textes réglementaires rendus applicables au Maroc à la date de signature du marché et qui sont en rapport avec l'objet du présent marché.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

Article 7: Validité et date de notification de l'approbation du marché

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Article 8: Pièces mises à la disposition du fournisseur

Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement au fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l'occurrence les pièces expressément désignées à l'article 4 du présent marché à l'exception du cahier des clauses générales applicables aux marchés de fournitures, qui peut être téléchargé sur le site du LPEE : www.lpee.ma.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant.

Article 9: Election du domicile du fournisseur

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du fournisseur sis.....

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

Article 10: Nantissement

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est stipulé que :

- 1) la liquidation des sommes dues par, le maître d'ouvrage, en exécution du présent marché et leur paiement seront opérées par les soins de Monsieur le Directeur Général du LPEE ; seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
- 2) Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
- 3) Les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 ;

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions législatives relatives au nantissement des marchés de l'état et des établissements publics tel que modifié et complété, et ce en application du paragraphe 6 de l'article 13 du CCGF

Article 11: Sous-traitance

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l'accord préalable du maître d'ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures, (ou des prestations de service s'y afférant) à sous-traiter, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et l'identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l'article 22 du règlement des achats du LPEE.

Le fournisseur demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Article 12: Durée du marché

La durée du marché est de **douze (12) mois**. Ce délai court à compter de la date prévue l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Toutes les prolongations de la durée du marché doivent être concrétisées par voie d'avenants selon les dispositions de l'article 12 CCGF.

Article 13: Délai de livraison

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de **cent vingt (120) jours**.

✚ Pour le fournisseur résident au Maroc :

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

✚ Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

✚ Règlement par lettre de crédit documentaire :

Le délai de livraison court à compter de la date de notification d'ouverture de la lettre de crédit documentaire au fournisseur.

✚ Règlement par virement bancaire :

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la livraison des fournitures.

Article 14: Nature des prix

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au fournisseur sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures, ou de la réalisation des prestations de service, y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la réalisation du présent marché.

Article 15: Caractère des prix

Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables et s'entendent comme suit :

- Pour le fournisseur résident au Maroc :

Toutes taxes comprises, rendu au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

✚ Fourniture :

Hors TVA, EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

✚ Mise en marche et formation :

Hors TVA, avec une retenue à la source de dix pour cent (10%) à déduire du montant des prestations de service figurant sur le bordereau des prix- détail estimatif.

Article 16: Cautonnement provisoire et cautionnement définitif

Il n'est pas prévu de cautionnement provisoire au titre du présent marché.

Le montant du cautionnement définitif, **ne comportant aucune date limite**, est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché. Il doit être constitué dans les (30) trente jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l'attributaire jusqu'à la réception définitive des prestations.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures et sous réserves des dispositions prévues par l'article 18 du CCGF.

Article 17: Retenue de garantie

– Fourniture :

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes délivrés au fournisseur. Elle est égale à **sept pour cent (7 %)** du montant de chaque acompte.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du fournisseur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de la réception définitive des fournitures.

– Mise en marche et formation :

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée au titre des prestations de services du présent marché.

Article 18: Assurances – Responsabilité

Le fournisseur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de livraison des fournitures, les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire.

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Le fournisseur doit souscrire à des polices d'assurance qui devront couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du présent marché.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

Le maître d'ouvrage procédera à la souscription d'une assurance couvrant la marchandise selon l'incoterm EXW.

Article 19: Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

Le fournisseur garantit formellement le maître d'ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d'invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licence d'exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

Article 20: Délai de garantie

– Fourniture :

Conformément à l'article 55 du CCGF applicable aux marchés de fournitures le délai de garantie est fixé à **douze (12) mois** et ce à compter de la date de la réception provisoire des fournitures.

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défauts constatés, sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu à un quelconque paiement à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d'ouvrage.

Tous les frais occasionnés par une intervention dans le cadre de cette garantie sont à la charge du fournisseur, aussi et en cas de nécessité de retour d'appareillages aux ateliers du fournisseur, les frais de retour seront à la charge du fournisseur.

Les interventions dans le cadre de cette garantie doivent être effectuées dans les locaux du LPEE, si jugé nécessaire dans les locaux du fournisseur auquel cas toutes les dépenses inhérentes à l'opération de retour en usine seront prises en charge par le fournisseur, éventuellement ses interventions pourront se faire via la hotline.

Par ailleurs, le fournisseur doit garantir la fourniture de toutes les pièces de rechange nécessaires pour l'ensemble des équipements pendant une période d'au moins **soixante (60) mois** à compter de la date de la réception définitive des fournitures.

– Mise en marche et formation :

Aucun délai de garantie n'est exigé pour les prestations de service.

Article 21: Modalités et conditions de livraison

Le LPEE se réserve le droit d'effectuer une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, selon les dispositions de l'article 41 du CCGF.

1. MODALITES DE LIVRAISON

La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur :

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

EXW, selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

La livraison des fournitures intervient sur ordre de service du maître d'ouvrage, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 du CCGF.

Les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison établi en trois (3) exemplaires. Ce bulletin dressé distinctement pour chaque commande, lot ou marché, doit indiquer :

1. La date de livraison ;
2. La référence au marché ou le N° du lot le cas échéant ;
3. L'identification du fournisseur ;
4. L'identification des fournitures livrées (N° du marché, N° de l'article, désignation et caractéristique des fournitures, quantités livrées et quand il y a lieu, leur répartition par colis).

Ces documents doivent être rédigés en langue française.

Toute livraison de fournitures doit s'effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d'ouvrage.

Avant toute livraison de fournitures, le fournisseur doit faire parvenir un préavis d'au moins trois (3) jours au maître d'ouvrage.

La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au fournisseur ou par la signature d'un double du bulletin de livraison.

2. CONDITIONS DE LIVRAISON

La livraison et le contrôle des fournitures se dérouleront au siège du LPEE au 25, Rue d'Azilal à Casablanca. Elle est effectuée en présence des représentants dûment habilités du maître d'ouvrage et du fournisseur.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons et prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d'ouvrage et le fournisseur est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder à ses frais aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir à ses frais au remplacement des fournitures non-conformes.

- Pour le fournisseur résident au Maroc :

La marchandise reconnue non-conforme ou défectueuse sera isolée et remplacée dès notification par le Maître d'ouvrage (transport, livraison, et assurance inclus au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc).

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

L'expédition devra être effectuée dès notification par le maître d'ouvrage par le moyen le plus approprié à la nature de la marchandise à remplacer, EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

Tous les frais depuis le départ usine, résultant des opérations de dédouanement et de transport de la marchandise remplacée seront facturés par le maître d'ouvrage.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d'ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d'ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l'octroi d'une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d'ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

3. TRANSPORT

Le fournisseur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport de fournitures et matériel. Le transport de matériaux, matériel, ou autres produits, objet du marché, est à la charge :

- Pour le fournisseur résident au Maroc :

Du fournisseur, jusqu'au siège du LPEE, sis 25 rue d'Azilal, Casablanca- Maroc.

- Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

EXW selon les INCOTERMS 2020 de la CCI.

4. EMBALLAGE

Le fournisseur assurera l'emballage des fournitures et du matériel de façon à prévenir les avaries et dommages depuis départ usine jusqu'à sa destination finale.

L'emballage doit être approprié pour résister en toutes circonstances aux manutentions et au transport jusqu'à la réception du matériel ou fournitures par le maître d'ouvrage.

5. MISE EN MARCHÉ

- ✚ Pour le lot 9, 8 et le lot 6 article 2 :

L'installation du matériel et sa mise en ordre de marche sont effectuées par le fournisseur, sous sa responsabilité, dans les locaux désignés par le maître d'ouvrage et conformément à un plan arrêté après consultation du fournisseur.

La mise en marche du matériel aura lieu à l'adresse suivante : « *Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Environnement et la Pollution (CEREP) Croisement Routes nationales 106 et 107 Tit Mellil B.P 61 Casablanca- Maroc* ».

6. FORMATION

- ✚ Pour le lot 9 :

Le fournisseur dispensera également une formation, en langue française sur le site désigné par le maître d'ouvrage, à l'utilisation du matériel selon un programme établi en concertation avec le maître d'ouvrage.

Les axes de la formation :

- ✓ Utilisation de l'équipement et contrôle de conductivité d'eau qualité 1.
- ✓ Maintenance.
- ✓ Etc...

Durée de formation : 1 journée.

Article 22: Modalités de règlement

– Pour le fournisseur résident au Maroc :

Pour l'établissement des ordres de paiement, le fournisseur est tenu de fournir au maître d'ouvrage une facture appuyée par les bons de livraisons et établie en trois (3) exemplaires décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

Le règlement sera effectué sur la base desdits ordres de paiement en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de la retenue de garantie et de l'application des pénalités de retard, le cas échéant.

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire RIB (24 positions) ouvert auprès de (La banque) à soixante (60) jours de la date de réception de la facture.

– Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au compte bancaire IBAN :, BIC : ouvert auprès de (La banque).

1. Fourniture :

Le règlement sera effectué, au choix du fournisseur, par virement bancaire à soixante (60) jours, ou par lettre de crédit documentaire, irrévocable et confirmée payable à soixante (60) jours, à hauteur de :

- Quatre-vingt-treize pour cent (93%), et après déduction des pénalités de retard, le cas échéant, contre présentation des documents originaux suivants :
 - 3 Factures commerciales originales signées et cachetées ;
 - 3 notes de poids/ colisage ;
 - Certificats d'origine et/ou EUR1 ;
 - 1 Bordereau de livraison ;
- Sept pour cent (7%) à la réception définitive du présent marché.

2. Mise en marche et formation :

Le règlement sera effectué par virement bancaire à soixante (60) jours de la date de réception de la facture à hauteur de cent pour cent (100%), et après déduction des pénalités de retard, le cas échéant, et de la retenue à la source, à la réception provisoire du présent marché.

Article 23: Retenue à la source

Pour les prestations de service dans le cas d'une entreprise non-résidente au Maroc, une retenue à la source de dix pour cents (10%) correspondant à une imposition forfaitaire sur les revenus, sera directement prélevée par le LPEE sur le montant hors taxe de la facture remise par le fournisseur concernant la prestation de service. Le LPEE lui remettra en contrepartie les reçus correspondants de versement au service des impôts marocains.

Article 24: Réceptions provisoire et définitive

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de s'assurer, dans les locaux du fournisseur, des quantités, des aspects visuels et des spécifications qualitatives spécifiées dans la documentation technique avant l'expédition de la fourniture.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique.

La réception ne peut être prononcée par le LPEE, ou ses représentants, qu'après contrôle **quantitatif, qualitatif, technique et métrologique**. Cette réception ne dégage cependant pas la responsabilité du fournisseur des vices et non-conformités cachés du produit vendu ou en raison de non-conformité métrologique.

A l'achèvement des prestations de service, le maître d'ouvrage s'assure en présence du fournisseur de la conformité des prestations de services aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

La réception définitive sera prononcée après l'expiration du délai de garantie.

Les opérations sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un procès-verbal de réception provisoire ou réception définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet.

Article 25: Pénalités pour retard

A défaut d'avoir exécuté la livraison des fournitures dans le délai prescrit à l'article 13 du présent marché, ou réalisé les prestations de services s'y afférant (mise en marche et formation), il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard d'**un pour mille (1‰)** du montant de la tranche considérée du marché modifiée ou complétée éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à **huit pour cent (8%)** du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants, tel que stipulé dans l'article 69 du CCGF.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions du chapitre VII du CCGF applicable aux marchés de Fournitures.

Article 26: Droits de timbre et d'enregistrement

Conformément à l'article 7 du CCGF applicable aux marchés de fournitures, le fournisseur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels qu'ils résultent des lois et règlements en vigueur.

Article 27: Lutte contre la fraude et la corruption

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.

Article 28: Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, le fournisseur a droit à une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant ; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée au fournisseur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.

En tout état de cause, le fournisseur qui invoque le cas de force majeure doit aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de huit (8) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.

Le fournisseur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Si, par la suite de cas de force majeure, le fournisseur ne peut plus exécuter les prestations de fournitures telles que prévues au marché, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maître d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Un avenant au marché doit être établi en conséquence.

Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la demande du fournisseur.

Article 29: Résiliation du marché

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues aux articles 56 à 60 et 72 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au fournisseur en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le maître d'ouvrage, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, après avis de la Commission des Achats, et approbation de l'autorité compétente, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés du LPEE.

Article 30: Règlement des différends et litiges

Si au cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le fournisseur, les parties s'engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 77, 78 et 79 du CCGF du LPEE applicable aux marchés de fournitures.

Les litiges entre le maître d'ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents du Maroc.

Article 31: Lot n°1 : Fourniture de station météorologique

DESCRIPTION :

Station météo portable à utiliser en déplacement pour mesurer la direction et la vitesse du vent, la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les précipitations et le rayonnement global.

CARACTERISTIQUES :

1) VENT

Vitesse des vents

- Gamme de mesure 0 ... 60 m/s
- Temps de réponse 0.25 s
- Précision $\pm 3\%$ pour une vitesse de 10 m/s
- Résolution 0.1 m/s (m/s)

Direction des vents

- Gamme de mesure 0 ... 360°
- Temps de réponse 0.25 s
- Précision $\pm 3.0^\circ$ at 10 m/s
- Résolution 1°

Mesurage de la direction des vents en chiffre (en degrés)

2) Pression atmosphérique

- Gamme 600 ... 1100 hPa
- Précision ± 0.5 hPa pour 0 ... +30 °C (+32 ... +86 °F)
 ± 1 hPa pour -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)
- Résolution 0.1 hPa, 10 Pa, 0.001 bar

3) Température ambiante

- Gamme de mesure -52 ... +60 °C
- Précision pour +20 °C ± 0.3 °C
- Résolution 0.1 °C (0.1 °F)

4) Humidité relative

- Gamme de mesure 0 ... 100 %RH
- Précision ± 3 %RH pour 0 ... 90 %RH
 ± 5 %RH pour 90 ... 100 %RH
- Résolution 0.1 %RH

Handwritten signature and initials

5) Entrées et sorties

- Operating voltage 6 ... 24 VDC (-10% ... +30%)
- Average current consumption
- Minimum 0.1 mA @ 12 VDC (SDI-12 standby)
- Typical 3.5 mA at 12 VDC (with typically measuring intervals)
- Maximum 15 mA @ 6 VDC (with constant measurement of all parameters)
- Heating Options: DC, AC, full-wave rectified AC 12
- Typical voltage 24 VDC / 12 ... 17 VACrms (-10% ... +30%)
- Typical current 0.8 A @ 12 VDC : 0.4 A @ 24 VDC USB
- Digital Outputs USB
- Communication SDI-12 v1.3, ASCII autOmatic & polled
- Protocols NMEA 0183 v3.0 with query Option

6) Analog Input Options

- Solar radiation CMP3
- Level measurement IRU-9429
- Tipping Bucket Rain Gauge RG13
- Temperature PT1000

7) Analog mA Output Options

- Wind speed 0 ... 20 mA Or 4 ... 20 mA
- Wind direction 0 ... 20 mA Or 4 ... 20 mA
- LOad impedance 200 Ω max

8) General conditions


- HOusing protection class IP65 (withOut mOunting kit)
IP66 (with mOunting kit attached)
- Operating temperature -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)
- Relative humidity 0 ... 100 %RH
- Pressure 600 ... 1100 hPa
- Wind 0 ... 60 m/s

9) Test Standards

- EMC IEC61326-1:2013; IEC60945:2008; IEC55022:2010 Class B
- Environmental IEC60068-2-1,2,6,14,30,31,52,78; IEC60529; VDA 621-415

ACCESSOIRES :

- Moyen de fixation trépied longueur minimale 1.5m
- Câble d'alimentation
- Transformateur électrique
- Boite d'emballage doublé de mousse étui de protection.
- Clé USB pour récupération des données.



Handwritten signature and initials, possibly 'JG D7', located in the bottom right corner of the page.

DOCUMENTS :

- Manuel d'utilisation

Article 32: Lot n°2 : Fourniture de kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant

DESIGNATION :

Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant

DESCRIPTION :

Pièces de rechanges pour la maintenance des analyseurs destinés à la mesure de la qualité de l'air ambiant.

Pièces de rechanges pour la maintenance des analyseurs	Quantité
Joint torique oint : 35 Corde:2	2
Joint torique oint : 8 Corde:3	4
Joint torique oint : 10.82 Corde:1.7	4
Filtre teflon 047 5µ	100
Filtre Zero SO2	2
Filtre Zero interne CO12	1
Filtre selectif ozone	1
Filtre en ligne protection poussière	4
Kit maintenance pompe analyseur CO12M	1
Kit maintenance pompe analyseur O3	1
Kit maintenance pompe analyseur AF22M	1
Kit maintenance pompe externe analyseur AC32M	2
Charbon végétal Active/ de poussière	2
Filtre charbon actif en ligne	2

Article 33: Lot n°3 : Fourniture de spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau

ESSAIS CONCERNES :

Analyses colorimétriques de différents paramètres chimiques dans l'eau (eaux propres, eaux usées et eaux de mer).

NORMES DE REFERENCE :

ISO 6878-1 : Analyse de l'ortho phosphate et du phosphore total dans l'eau

DESCRIPTION :

Le spectrophotomètre doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Travaillant essentiellement dans le domaine du visible avec la **technologie de faisceau de référence**.
- Equipement **entièrement programmable** conçu pour **assister l'opérateur** dans chaque étape de l'analyse et **réduire le temps** de préparation et manipulation des échantillons (tests de contrôle préinstallés, méthodes préprogrammées, lecture codes-barres IBR+, balayage et choix des longueurs d'ondes, etc...)
- Les résultats d'analyses sont fournis en unités de concentration, d'absorption ou en pourcentage de transmission.
- Les résultats d'analyses sont documentés de manière détaillée (horodatage, ID de l'opérateur, le numéro de lot et la date d'expiration du kit, etc...).
- Lampe source : Tungstène à atmosphère gazeuse (visible)
- Logiciel d'interface avec Windows (7,10)
- Interfaces de connexion : USB, souris, imprimante, Ethernet

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES :

- Longueur d'ondes : De 320 à 1100 nm
- Exactitude longueur onde : $\pm 1,5$ nm
- Alimentation : 220V / 50Hz

ACCESSOIRES :

- 2 Cuves ronde 1 pouce
- 2 Cuves rectangulaire 1 cm
- Adaptateur « A » : pour cuves rondes de 1 pouce + cuves rectangulaires de 1 cm
- Souris USB
- Kit de maintenance : Lampes, Fusibles, etc...
- Filtres de vérification

DOCUMENTATION A FOURNIR :

Documentation en français (Utilisation, Entretien, maintenance, Etc...)

Article 34: Lot n°4 : Fourniture d'un broyeur - tamiseur

ESSAIS CONCERNES :

Préparation des échantillons d'engrais et phosphate : la préparation d'un échantillon pour le laboratoire est une suite d'opérations de broyage, tamisage et homogénéisation.

NORMES DE REFERENCE :

NF EN 1482

DESCRIPTION :

- Broyeur permettant un broyage-tamissage simultané
- Vitesse de broyage réglable
- Adapté pour le broyage des engrais et de phosphate
- Broyeur avec matériau chimiquement et thermiquement inerte
- Fourni avec rotor à 12 dents
- Fourni avec des récipients de collecte

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES :

- Broyage fin jusqu'à environ 40 µm
- Anneaux tamiseurs (0,5mm ; 0,75 ; 1mm et 1,5 mm)
- Vitesse de rotation : 6000 à 18000 tr/min
- Alimentation : 220V / 50Hz

ACCESSOIRES :

- Joints de rechange
- Anneaux tamiseurs
- Kit de maintenance

DOCUMENTATION A FOURNIR :

Documentation en français (Utilisation, Entretien, maintenance, Etc...)

Article 35: Lot n°5 : Fourniture d'une balance de précision

ESSAI CONCERNE :

Détermination du résidu sec à différentes températures

NORME DE REFERENCE :

NF T90-029– Détermination des résidus secs

DESCRIPTION :

Balance de précision pour laboratoire de chimie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Portée : jusqu'à 600 g
- Précision : 0.1 mg
- Ecran LCD rétroéclairé
- Surface de pesée en inox
- Chambre de protection en verre avec minimum 2 portes coulissantes
- Température ambiante tolérée 15 °C à 40 °C
- Temps de stabilisation court : valeurs de pesée stables en 3 à 5 s

ACCESSOIRES :

- Coupelle de tarage en aluminium, avec bec verseur pratique
- Adaptateur secteur

DONNEES A FOURNIR :

Documentation en français (instructions d'utilisation, Entretien, maintenance, Etc...)

Article 36: Lot n°6 : Fourniture de Thermo-hygromètre et Enregistreur de précision

1. Thermo-hygromètre de précision

DESIGNATION :

Thermo-hygromètre de précision avec sonde de mesure d'humidité de l'air ainsi que la température de l'air et kit de contrôle et d'ajustage pour sondes d'humidité.

NORME DE REFERENCE :

Répond aux exigences Méthode EPA 2

DESCRIPTION :

Mesures de la température et de l'humidité de l'air aux cheminées.

CARACTERISTIQUES :

1) CARACTERISTIQUES DU THERMO-HYGROMETRE

Température - CTN	
Étendue de mesure	-40 à +150 °C
Précision	±0,2 °C (-25 à +74,9 °C)
	±0,4 °C (-40 à -25,1 °C)
	±0,4 °C (+75 à +99,9 °C)
	±0,5 % v.m. (Etendue de mesure restante)
Résolution	0,1 °C
Température - TC de type K (NiCr-Ni)	
Étendue de mesure	-200 à +1370 °C
Précision	±0,3 °C (-60 à +60 °C)
	±(0,2 °C + 0,5 % v.m.) (Etendue de mesure restante)
Résolution	0,1 °C
Humidité – capacitive	
Étendue de mesure	0 à +100 %HR
Précision	c.f. caractéristiques
Résolution	0,1 %HR

Pression absolue	
Étendue de mesure	0 à 2000 hPa
Précision	c.f. caractéristiques
Résolution	0,1 hPa
Données techniques générales	
Poids	428 g
Dimensions	220 x 74 x 46 mm
Température de service	-20 à +50 °C
Matériau du produit / du boîtier	ABS / TPE / Métal
Type de pile	Piles Mignon alcalines au manganèse, type AA
Autonomie	200 h
Température de stockage	-30 à +70 °C

- Certifié COFRAC en humidité, hygromètre en au moins deux points d'étalonnage
- Affichage de la température, l'humidité relative et l'humidité absolue /la température humide/du point de rosée
- Ecran rétroéclairé
- Mémorisation des valeurs mesurées

2) CARACTERISTIQUES SONDE D'HUMIDITE ET DE TEMPERATURE

Température – CTN	
Étendue de mesure	-20 à +125 °C
Précision	±0,5 °C
Humidité – capacitive	
Étendue de mesure	0 à +100 %HR
Précision	±2 %HR AT +25 °C (+2 à +98 %HR) ±0,1 %HR/K (k=1) Stabilité à long terme: ±1 *DLa précision du capteur correspond à la précision du système.
Données techniques générales	
Longueur du tube de sonde	300 mm
Diamètre du tube de sonde	12 mm

3) CARACTERISTIQUES DU KIT DE CONTROLE ET D'AJUSTAGE DE L'HUMIDITE

Kit de contrôle et d'ajustage pour sondes d'humidité avec deux récipients ainsi que des solutions de LiCl (11.3 %HR) et de NaCl (75.3 %HR).

Contrôler et ajuster aisément les sondes d'humidité : les solutions salines créent une humidité de l'air définie (11.3 %HR et 75.3 %HR) dans les deux récipients spéciaux.



Pour contrôler la sonde d'humidité, elle est vissée dans la première chambre de mesure et exposée ainsi à l'humidité relative définie.

Après un temps d'acclimatation, la valeur d'humidité se stabilise et la valeur affichée à l'appareil de mesure peut être comparée à la valeur définie.

Ensuite, la sonde est vissée dans la deuxième chambre de mesure et le processus est répété.

ACCESSOIRES :

- Sonde d'humidité mesure l'humidité de l'air ainsi que la température de l'air.
- Solution saline pour le contrôle et l'ajustement des sondes d'humidité, 11,3 %HR et 75,3 %HR avec certificat d'étalonnage raccordé en humidité de la solution saline, y compris adaptateur pour sonde d'humidité.
- Pile lithium.
- Accu 9V pour appareil, en remplacement de la pile.
- Chargeur pour accu 9V, pour charge externe des accus.
- Etui de protection contre la poussière et les chocs.
- Tête d'humidité sur poignée avec cordon.
- Protocole d'étalonnage.

DOCUMENTS :

- Manuel d'utilisation
- Certificats d'étalonnage

2. Enregistreur Analogique de Précision

DESIGNATION :

Enregistrement Analogique de Précision avec afficheur

NORME DE REFERENCE :


La norme de la traçabilité et de l'interopérabilité Iso 15836 (2003, révisée en 2009)

DESCRIPTION :

Un enregistreur à écran économique au format 96 mm x 96 mm à écran TFT couleur

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUE :

- Afficheur : 3.5 pouces TFT couleur (320*240 pixels)
- Format : 96mm*96mm
- Très longue période d'enregistrement (plusieurs semaines).
- Retrait facile via clé USB sous format EXCEL.
- Possibilité d'enregistrer au moins 6 paramètres
- Les unités d'affichage par ppm, % et autre
- Prise en main facile et rapide
- Accessible pour la correction du décalage
- Vitesse d'enregistrement élevé



- Fréquence d'enregistrement changeable (moins d'une minute, une minute et plus)
- Correction du décalage
- Alimentation électrique : adapter pour 220 v
- Alimentation électrique sécurisé par un fusible ou bien un autre moyen de protection

ACCESSOIRES :

- Moyen de fixation
- Câble d'alimentation
- Câble USB
- Transformateur électrique

DOCUMENTS :

- Manuel d'utilisation

Article 37: Lot n°7 : Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air

DESIGNATION :

Calibrateur échantillonneurs d'air à grand volume TE-5028 ou équivalent.

DESCRIPTION :

Calibrateur pour échantillonneurs d'air à grand volume à débit variable.

CARACTERISTIQUES :

- Matériel : Aluminium
- Débit : 25-50 CFM
- Utiliser avec : Échantillonneurs d'air à grand débit TSP, PM10, PM2.5

ACCESSOIRES :

- Orifice à débit variable
- Plaque d'adaptation à chargement par le dessus,
- Manomètre à eau de 30 po
- Tuyauterie
- Mallette de transport

DOCUMENTS :

- Certificat NIST
- Manuel d'utilisation

Article 38: Lot n°8 : Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse

ESSAIS CONCERNES :

Les analyses des métaux lourds par Absorption atomique, ICP-Optique et ICP-MS.

NORMES DE REFERENCE :

- NF EN 16174
- NF EN ISO 15587-1

DESCRIPTION :

La sorbonne de laboratoire d'attaque est destinée à l'usage des acides chauffés et à toutes les utilisations intensives d'acides et autres produits corrosifs. Ce type de sorbonne garantit la récupération des condensats ; elles sont par ailleurs équipées d'un système de lavage de charges acides et d'un assécheur d'air.

Équipement à installer sur paillasse existante est raccordé vers l'Extérieur.

CARACTERISTIQUES :

- Alarme visuelle et sonore, avec un système d'un contrôle de vitesse d'entrée d'air.
- Conformes aux normes EN14175 et XPX15206 (anciennement XPX15203).
- Classification : NFX15210 classe B.
- Façade mobile et côtés pleins pour tout type d'attaque acide (HNO₃ ; HCl ; HF...)
- La sorbonne doit être équipée d'un système de lavage de charge acide.
- Face haute avant relevable facilité d'accès au tableau électrique, éclairage et poulies de contrepoids.
- Système de blocage de la façade à 400mm du plan de travail, déverrouillage manuel.
- Alarme visuelle et sonore en cas de diminution du débit
- L'éclairage LED placé à l'extérieur de l'enceinte de travail, d'une luminosité supérieure à 400 Lux.
- Extraction verticale de sortie diamètre 250mm.
- La vitesse d'entrée d'air est ajustée automatiquement, quelle que soit la hauteur d'ouverture de la façade avant de la sorbonne. Ainsi, lorsque celle-ci fonctionne vitre fermée, le ventilateur réduit automatiquement son débit d'aspiration.
- Alimentation 220V-230V-240V.
- Profondeurs : 800 mm.
- Hauteurs : 1850 mm.
- Largeurs : 1800 mm.

ACCESSOIRES :

Ventilateur avec un réducteur Ø 250.


DOCUMENTS :

- Manuel d'utilisation

Article 39: Lot n°9 : Fourniture d'un système de purification d'eau

ESSAIS CONCERNES :

Analyses des métaux par ICP-MS dans les matrices des eaux de mer et les eaux propres.



NORMES DE REFERENCE :

- NF EN ISO 17294-2 octobre 2016, Application de spectromètre de masse avec plasma à couplage inductif.
- NF EN ISO 3696.Eau pour laboratoire à usage analytique.

DESCRIPTION :

Systèmes de production d'eau ultra pure permettant d'obtenir de l'eau de type 1 et de type 2 à partir d'eau de robinet. Système posé sur la paillasse de laboratoire.

CARACTERISTIQUES :

- Qualité d'eau pure ; Type1 : 0.055 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 25 °C.
- Résistivité : 18,2 $\text{M}\Omega.\text{cm}$
- Débit de production entre : 1 L/min et 2 L/min,
- Particules : $> 0.2 \mu\text{m}$.
- Alimentation : 220v/60Hz.

ACCESSOIRES :

L'afficheur doit affiché la conductivité d'eau qualité 1.

Deux cartouches séparées et qui s'échangent indépendamment l'une de l'autre :

- ✓ Une cartouche de déminéralisation (eau de type 1)
- ✓ Une membrane d'osmose inverse (eau de type 2)

Un réservoir pour stoker l'eau de qualité 2 au minimum de 20 L.

Tous les accessoires indispensables à l'installation du système (pompe, tuyaux, les raccords.....)

DOCUMENTS :

Documentation en français (Utilisation, Entretien, maintenance, Etc...).

Article 40: Lot n°10 : Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L

ESSAIS CONCERNES :

Essais microbiologique - incubation des échantillons

NORMES DE REFERENCE :

NM ISO 7218 (2014)

DESCRIPTION :

Etuve pour incubation des échantillons des analyses microbiologique des denrées alimentaire :

- Porte intérieure en verre de sécurité
- Très haute précision de température dans le temps et l'espace

- Contrôleur avec écran LCD
- Chambre en acier inoxydable
- Alarme automatique en cas de sur ou sous température
- Alarme sonore en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- Incubation sûre et reproductible même en cas de températures ambiantes élevées

CARACTERISTIQUES :

- Plage de température : -10°C à 100°C
- Refroidissement par réfrigérateur à compression de vapeur
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- Volume : 250L
- Nombre de clayette inoxydable : minimum trois avec une charge minimum 20kg par clayette
- Alimentation : 220V – 50Hz
- Stabilité de température de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Homogénéité de la température de $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$ à 37°C ou 22°C
- Port d'accès équipé d'un obturateur en silicone, 30 mm, gauche

ACCESSOIRES :

- Logiciel d'acquisition des données de température
- Câble d'acquisition des données

DOCUMENTS :

- Certificat de conformité métrologique
- Documentation en français (Utilisation, Entretien, maintenance, Etc...).

Article 41: Lot n°11 : Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie

ESSAIS CONCERNES :

Essais microbiologique - filtration membranaire

NORMES DE REFERENCE :

- NM ISO 7218 (2014)
- NM ISO 8199 (2019)

DESCRIPTION :

Equipement permettant la filtration d'échantillons d'eaux pour analyse microbiologique :

- Rampe de filtration sous vide à 3 postes avec 3 entonnoirs de 100 ml et 3 entonnoirs de 1000 ml en inox (robinets individuels, couvercles et joints)

- Entonnoir : 100 ml et 1000ml gradué avec poignée
- Surfaces en acier inoxydable avec polissage spécial pour faciliter le nettoyage et le rinçage
- Acier inoxydable AISI 304 - longue durée de vie
- Aussi facile pour un utilisateur droitier que gaucher
- Aucun risque de contamination
- Joint plat en silicone, joint de couvercle en silicone
- Equipée d'une sortie pour le vide

CARACTERISTIQUES :

- Autoclavable à 121 ± 3 °C
- Stérilisation selon ISO 8199
- Diamètre de la membrane filtrante adapté : 47mm
- Volume max. (ml) : 100 mL

ACCESSOIRES :

- Tuyaux de raccordement PTFE
- 2 fioles à vide capacité 2 litre

DOCUMENTS :

- Certificat de calibration de volume des entonnoirs (pour 100ml et 1000ml)
- Documentation en français (Utilisation, Entretien, maintenance, Etc...).

Article 42: Définition des prix

1. Lot n°1 : Fourniture de station météorologique

Prix n°1.1 : Fourniture de station météorologique y/c tous les accessoires

Ce prix rémunère la fourniture de station météorologique y compris tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 31 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

2. Lot n°2 : Fourniture de Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant

Prix n°2.1 : Fourniture de Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant

Ce prix rémunère la fourniture de Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant et frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 32 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

3. Lot n°3 : Fourniture de spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau

Prix n°3.1 : Fourniture d'un analyseur COVT y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage

Ce prix rémunère la fourniture d'un spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau y/c tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 33 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

4. Lot n°4 : Fourniture d'un broyeur - tamiseur

Prix n°4.1 : Fourniture de débitmètre portable y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage

Ce prix rémunère la fourniture Fourniture d'un broyeur - tamiseur y/c tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 34 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

5. Lot n°5 : Fourniture d'une balance de précision

Prix n°5.1 : Fourniture d'une balance de précision y/c tous les accessoires

Ce prix rémunère la fourniture d'une balance de précision y/c tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 35 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

6. Lot n°6 : Fourniture de Thermo-hygromètre et Enregistreur de précision

Prix n°6.1 : Fourniture de thermo-hygromètre de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage

Ce prix rémunère la fourniture de thermo-hygromètre de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 36.1 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°6.2 : Fourniture d'enregistreur analogique de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage

Ce prix rémunère la fourniture d'enregistreur analogique de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 36.2 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°6.3 : Mise en marche d'un enregistreur analogique de précision

Ce prix rémunère la Mise en marche d'un enregistreur analogique de précision et tous frais de déplacement et de main d'oeuvre, selon les spécifications techniques de l'article 21.5 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

7. Lot n°7 : Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air

Prix n°7.1 : Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air y/c tous les accessoires et Certificats NIST

Ce prix rémunère la fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air y/c tous les accessoires et Certificats NIST et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 37 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

8. Lot n°8 : Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse

Prix n°8.1 : Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse y/c tous les accessoires

Ce prix rémunère la fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse y/c tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 38 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°8.2 : Mise en marche d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse

Ce prix rémunère la Mise en marche d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse y/c tous frais de déplacement et de main d'œuvre, selon les spécifications techniques de l'article 21.5 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

9. Lot n°9 : Fourniture d'un système de purification d'eau

Prix n°9.1 : Fourniture d'un système de purification d'eau y/c tous les accessoires

Ce prix rémunère la fourniture d'un système de purification d'eau y/c tous les accessoires et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 39 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

Prix n°9.2 : Mise en marche d'un système de purification d'eau

Ce prix rémunère la Mise en marche d'un système de purification d'eau y/c tous frais de déplacement et de main d'œuvre, selon les spécifications techniques de l'article 21.5 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

02



Prix n°9.3 : Formation à l'utilisation du système de purification d'eau

Ce prix rémunère la Formation à l'utilisation du système de purification d'eau y/c tous frais de déplacement et de main d'œuvre, selon les spécifications techniques de l'article 21.6 du présent marché.

Prix rémunéré au forfait.....(F)

10. Lot n°10 : Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L

Prix n°10.1 : Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L y/c tous les accessoires et Certificats de conformité métrologique

Ce prix rémunère la fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L y/c tous les accessoires et Certificats de conformité métrologique et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 40 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

11. Lot n°11 : Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie

Prix n°11.1 : Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie y/c tous les accessoires et Certificats de de calibration de volume des entonnoirs (pour 100ml et 1000ml)

Ce prix rémunère la fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie y/c tous les accessoires et Certificats de de calibration de volume des entonnoirs (pour 100ml et 1000ml) et tous frais de transport et d'emballage, selon les spécifications techniques de l'article 41 du présent marché.

Prix rémunéré à l'unité.....(U)

ANNEXE 1 : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

1. Lot n°1 : Fourniture de de station météorologique

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
1.1	Fourniture de station météorologique y/c tous les accessoires	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

DZ
JK

2. Lot n°2 : Fourniture de Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
2.1	Fourniture de Kit de maintenance des analyseurs de l'air ambiant	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

07 JK

3. Lot n°3 : Fourniture de spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
3.1	Fourniture de spectrophotomètre de paillasse pour analyse de l'eau y/c tous les accessoires	U	2			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

4. Lot n°4 : Fourniture d'un broyeur - tamiseur

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
4.1	Fourniture d'un broyeur - tamiseur y/c tous les accessoires	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.



5. Lot n°5 : Fourniture d'une balance de précision

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
5.1	Fourniture d'une balance de précision y/c tous les accessoires	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

6. Lot n°6 : Fourniture de Thermo-hygromètre et Enregistreur de précision

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
6.1	Fourniture de thermo-hygromètre de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage	U	2			
6.2	Fourniture d'enregistreur analogique de précision y/c tous les accessoires et Certificats d'étalonnage	U	2			
6.3	Mise en marche d'un enregistreur analogique de précision	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

7. Lot n°7 : Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
7.1	Fourniture d'un Calibrateur échantillonneurs d'air y/c tous les accessoires et Certificats NIST	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

DZ
A

8. Lot n°8 : Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
8.1	Fourniture d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse y/c tous les accessoires	U	1			
8.2	Mise en marche d'une sorbonne de laboratoire sur paillasse	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.



9. Lot n°9 : Fourniture d'un système de purification d'eau

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
9.1	Fourniture d'un système de purification d'eau y/c tous les accessoires	U	1			
9.2	Mise en marche d'un système de purification d'eau	U	1			
9.3	Formation à l'utilisation du système de purification d'eau	F	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

10. Lot n°10 : Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
10.1	Fourniture d'une étuve réfrigérée bactériologique 250L y/c tous les accessoires et Certificats de conformité métrologique	U	2			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :

- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.



11. Lot n°11 : Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT	Pays d'origine **
11.1	Fourniture d'une rampe de filtration membranaire pour microbiologie y/c tous les accessoires et Certificats de de calibration de volume des entonnoirs (pour 100ml et 1000ml)	U	1			
Montant Total Hors Taxes						
T.V.A (*)						
Montant total Toutes Taxes Comprises						

(*) : Le taux de la T.V.A est de :

- 20% pour les fournisseurs résidents au Maroc ;
- 0% pour les fournisseurs non-résidents au Maroc.

Pour le fournisseur non-résident au Maroc :


- Modalité de paiement choisie : virement bancaire ou crédit documentaire (rayer la mention inutile)

(**) Pour le fournisseur non-résident au Maroc, préciser le pays d'origine de la marchandise.

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 24/2022
OBJET : FOURNITURE DE MATERIEL D'ESSAI POUR LE CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLLUTION « CEREP »

- LOT N°1 : FOURNITURE DE STATION METEOROLOGIQUE
- LOT N°2 : FOURNITURE DE KIT DE MAINTENANCE DES ANALYSEURS DE L'AIR AMBIANT
- LOT N°3 : FOURNITURE DE SPECTROPHOTOMETRE DE PAILLASSE POUR ANALYSE DE L'EAU
- LOT N°4: FOURNITURE D'UN BROYEUR - TAMISEUR
- LOT N°5 : FOURNITURE D'UNE BALANCE DE PRECISION
- LOT N°6 : FOURNITURE DE THERMO-HYGROMETRE ET ENREGISTREUR DE PRECISION
- LOT N°7 : FOURNITURE D'UN CALIBRATEUR ECHANTILLONNEURS D'AIR
- LOT N°8 : FOURNITURE D'UNE SORBONNE DE LABORATOIRE SUR PAILLASSE
- LOT N°9 : FOURNITURE D'UN SYSTEME DE PURIFICATION D'EAU
- LOT N°10 : FOURNITURE D'UNE ETUVE REFRIGEREE BACTERIOLOGIQUE 250L
- LOT N°11 : FOURNITURE D'UNE RAMPE DE FILTRATION MEMBRANAIRE POUR MICROBIOLOGIE

POUR UN MONTANT DE (en chiffres et en lettres) :

Le Fournisseur	Le Maître d'ouvrage
<p>Nom et qualité du signataire</p> <p>Lu et approuvé (<i>mention manuscrite</i>)</p> <p>Cachet et signature</p>	<p>DLAAP</p> <p>PRESENTE PAR : H. SARJANE</p>  <p>VERIFIE PAR : F. EL MOUBARIK</p>  <p>VALIDE PAR : I. DEKKAK</p> 
	<p>CEREP</p> <p>A.KARIOUN</p> 
	<p>LA DIRECTION GENERALE DU LPEE</p> 